



SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA, SÃO PEDRO E REGIÃO

Base territorial: Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro e Saltinho

Piracicaba, 18 de agosto de 2025.

Senhor Secretário,

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA, SÃO PEDRO, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SALTINHO E REGIÃO, na qualidade de legítima representante dos Servidores Municipais de PIRACICABA, vem, por meio de seu representante legal infra-assinado, à Vossa Senhoria, solicitar o que segue.

Em visita periódica por nossos diretores deste Sindicato, estiveram no COT – Centro de Ortopedia e Traumatologia e lá puderam observar problemas graves com a pintura do local, que inclusive impede que o local receba a limpeza devida, tendo em vista que as paredes estão muito descascadas, causando também péssima impressão, o que não condiz com um local em que principalmente atende a área da saúde.

Pior ainda, na sala de raio x com danos no teto e mofo visível, com infiltrações, lembrando que a presença de mofo pode trazer problemas à saúde. Em anexo, o relatório produzido pelos nossos diretores.

Sem mais, agradecemos, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos, aguardando deferimento, aproveitando para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ OSMIR BERTAZZONI

Diretor

**Ilustríssimo Senhor
Sérgio José Dias Pacheco Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Piracicaba**

Sede Administrativa: Rua Ipiranga, 553 - Centro - Piracicaba-SP - CEP 13400-480 - Tel. PABX (19) 3403-1818
Centro Clínico: Rua Prudente de Moraes, 373 - Centro - Piracicaba-SP - CEP 13400-310 - Tel. (19) 3432-7571
Sede São Pedro: Rua Pedro Chagas de Aguiar, 55 - Jardim São Pedro - São Pedro-SP - CEP 13520-000 - Tel. (19) 3481-3507
Brasília: SCS Quadra 01, Bloco K, nº 30 Ed. Denasa 1º Andar - Brasília-DF - CEP 70.398-900 - Tels. (61) 3321-0288 / 3321-1408

www.municipaisdepiracicaba.org.br

Somos um Sindicato filiado à





**Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba,
São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e Região**

RELATÓRIO DE VISITA/ ATUAÇÃO

Data: 13/08/2025 Diretores: Samantha e Valdir Martins

Secretaria/ Unidade: saúde / COT

Estivemos em visita de rotina na unidade do COT, onde constatamos, além de desgaste na pintura do local, o que dificulta a manutenção da higiene do local, ou a impressão dela também problemas na sala de Raio-X.


Na sala de Raio X há danos no teto com mofo visível e várias marcas de infiltração. A outra sala está em boas condições.

Consultorios, sala de gesso em boas condições.

Visita ao COT – 13/08/2025

Sala com bolor aparente no teto e marcas de infiltração





Pintura desgastada/ danificada

